

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ AMBULANSLARINA AİT  
TIBBİ CİHAZ, SİSTEM, EKİPMAN, DONANIM VE UYARICILARIN PERİYODİK BAKIM VE  
ONARIM  
HİZMET ALIM  
TEKNİK ŞARTNAMESİ

**MADDE 1-) AMAÇ**

AĞRI İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı birimlerine ait ambulansların arka kabin tıbbi cihaz, sistem, ekipman ve donanımlarının aktif ve çalışır durumda faaliyetlerini sürdürebilmesi açısından; sökme, takma, yenileme, düzeltme, ölçme, ayarlama, test etme gibi tamir, hasar, bakım/onarım işlemleri için yedek parça ve işçilik dâhil hizmeti alımıdır.

**MADDE 2-) KAPSAM**

2.1 Bu teknik şartnamede AĞRI İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı birimlerine ait; madde 9'da listesi bulunan ambulansların, tıbbi cihaz, sistem, ekipman ve donanımlarının yedek parça + işçilik Yıllık periyodik bakımını ve arıza durumunda yapılacak bakım/onarım hizmetini, kapsamaktadır.

2.1.1. İstekli Firma; hizmet verilmesi istenen Ambulansların durum, konum ve niteliklerinin tespit ve keşif için ayrıntılı bilgi almak amacıyla İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne müracaat edebilir.

2.1.2. İstekli Firma teklifi, keşif yapıldığı ve bilinerek teklifte bulunulduğu prensibiyle değerlendirilecektir. Daha sonra bilgi eksikliği gerekçesiyle hizmet vermekte imtina etmeyecektir.

2.2. Bu şartnamenin geçerli olduğu dönem boyunca, AĞRI İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans servisi

Başhekimliği bünyesine sonradan dâhil olan ambulanslar da idarece bu kapsama dâhil edilecektir.

**MADDE 3-) TANIMLAR**

3.1. Araç :AĞRI İl Sağlık Müdürlüğü envanterine kayıtlı ambulanslar

3.2. Arka Kabin : Ambulans araçlarında hastanın taşındığı (tıbbi cihaz ve donanımın bulunduğu), hizmet araçlarında malzeme veya personel taşınan arka bölümdür,

3.3. Arıza: Ambulansın bir veya birkaçının olağan şekilde çalışmaması veya fonksiyonlarını kısmen veya tamamen yerine getirmemesi durumu,

**Atıla DİNLER**  
Teknik Destek Birim Sorumlusu  
Sicil No: K72579

**Sercan KÖÇERİ**  
Ağrı 112 İl Ambulans Servisi  
Teknik Destek Birimi

Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliği  
**Ozan AKDEMİR**  
Depo Birim Sorumlusu

**Dr. Ferhat DİNDAROĞLU**  
Ağrı 112 KKM  
Dip.Tes.No: 245211

Başhekim v.

3.4. Teknik Destek Arka Kabin Bakım Onarım Birimi : AĞRI İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Araç Bakım Onarım Birimi,

3.5. İdare : AĞRI İl Sağlık Müdürlüğü,

3.6. Teknik Personel : Teknik Destek Arka Kabin Bakım Onarım birimi tarafından sunulan hizmetlerde kadrolu veya sözleşmeli çalışan meslek mensubu

3.7. Periyodik Bakım : Ambulanların verimli çalışması için üretici firmanın belirmemiş olduğu aralıklarda yapılması gerekli km veya zamana bağlı olarak parça değişim ve bakım işleri,

3.8. Tamir Bakım ve Onarım : Ambulansın hizmetini kısmen veya tamamen aksatacak bir arızası belirlendiğinde; bunun giderilmesi için yapılacak olan sökme, takma, yenileme, düzeltme, ölçme, ayarlama, test etme, işçilik ve parça değiştirme gibi tamir, bakım/onarım işleri,

3.9. Üretici Firma : Bu teknik şartname kapsamındaki ambulans aracı üst yapısı üreten firma,

3.10. Yetkili Servis : Üretici firma tarafından uygunluk belgesi verilen ve üretici firma tarafından üretilen araçlara her türlü iş ve işlemi yapmaya yetkili firma.

3.11. İstekli : Üretici veya üretici firma tarafından yetkili servis olarak belirlenmiş olan ve TS EN1789 belgesine sahip, bu teknik şartname kapsamındaki her türlü tamir, bakım ve onarım işlerini yapmak veya alt istekli yoluyla yaptırmak üzere ihale uhdesinde kalan ve sözleşme imzalanan istekli,

3.12. Alt Yüklenici : İdare ile yüklenici firma tarafından imzalanan sözleşme şartlarına uygun olarak sözleşmede belirtilen işlemleri yapacak olan yüklenicinin belirlediği, idarenin onayladığı firma.

#### MADDE 4-) GENEL ŞARTLAR

4.1. İstekli servis hizmetini gerekli yeterlilik ve donanımına sahip servis hizmetini yerinde ve 7/24 esasına dayanarak verecektir.

4.2. İsteklinin Ambulans arka kabin bakım ve onarımını yapmaya TS EN1789-A2'a göre yetkili olduğuna ya da yetkili bir yerin bayisi olduğuna dair yetki veya bayilik belgesi olmalıdır.

4.3. İstekli bakım ve onarım gereken cihazlara, Türkiye İlaç ve tıbbi cihaz kurum'nun 22.05.2019 tarihi ve E.83516 sayılı yazılarında 22.05.2019 genelge ile teknik servis personelinin ÜTS kayıtlarının olması gerekmektedir, cihazın markası üzerine bakım ve onarım konusunda ÜTS sistemine kayıtlı olması gerekmektedir, bu belgelerin sözleşmede sunulması gerekmektedir.

4.4. Tıbbi cihaz, sistem, ekipman ve donanımların bakım/onarımları için gerekli olan yedek parçaların temini istendiği takdirde idare tarafından yapılabilecek, istekli yedek parça listesinin fiyatlarını TL cinsinde önceden idareye verecektir. İsteklinin ibraz ettiği fiyat

**Atilla DİNLER**  
Teknik Destek Birim Sorumlusu  
Sicil: K72577

**Sercan KOÇERİ**  
Ağrı 112 İl Ambulans Servisi  
Teknik Destek Birimi

Ağrı İl Ambulans Servisi Başkanlığı  
**Ozan AKDEMİR**  
Depo Birim Sorumlusu

**Dr. Ferhat DINDAR OĞLU**  
Ağrı 112 KKM  
Dip.Tes.No: 246211  
Başhekim v.

Listesi bağı olduğu firmanın genel merkezi ile teyit edilecektir. Sözleşme süresinde bu fiyatlar geçerli olacaktır, İstekliden yedek parça talep edilmesi mukabilinde temin edilen yedek parçaların 2 (iki) yıl garanti süresi olmalıdır.

4.5 Ambulanslara uygulanacak her türlü iş ve işlemde üretici firma tarafından belirlenmiş olan orijinal parçalar kullanılmak zorundadır. Eski, çıkma, yan sanayi vs. gibi kusurlu ve hatalı parça kullanılmayacaktır.

4.6 İstekli, tamiri mümkün olan parçalar için, öncelikle tamir yoluna gidecektir. Bu durum için ayrıca işçilik ücreti alınmayacaktır. Durumun aksinin tespiti halinde 8. Maddede belirtilen cezai müeyyideler uygulanacaktır.

4.7 Ambulansın tamiri sırasında ve sonrasında değiştirilen parçalar teknik Destek Arka Kabin birimine teslim edilecek

#### MADDE 5-YÜKLENİCİ FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Müdürlüğümüz tarafından tespit edilen arızalar telefon, fax, servis talep formu, arıza tutanağı veya diğer iletişim araçları ile istekliye bildirilecektir. Arızanın bildirilmesine müteakip olağanüstü durumlar hariç (doğal aletler, yoğun kış şartları, yolun kapanması) 48 saat içerisinde müdahale edilecektir ve Bozulan araç en fazla 20. İş günü içerisinde tamir onarımı bitirilerek tarafımıza teslim edilecektir.

5.2.

1. Yapılacak tamir ve onarımlar Müdürlüğümüze 1 (bir) yıl boyunca önceden belirlenen zaman diliminde yılda 2 (iki) kez (Altı Aylık Periyot) idarenin belirleyeceği 5 (beş) noktada yapılacaktır.
2. İstekli, periyodik bakım ve onarım iş ve işlemleri ile ilgili "iş planı" oluşturarak İdarenin onayını aldıktan sonra bu programa uymayı taahhüt edecektir.
3. Bakım ve onarımı yapılacak cihazlarda orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanılacaktır; Bu yedek parça ve aksesuarlar Teknik Servis Bakım ve Onarım Formunda ayrıntılı olarak Müdürlüğümüze bildirilecek; kullanılan yedek parça ve aksesuarlar onarım ekte yer alan mevcut fiyat listesi üzerinden fiyatlandırılacaktır. Ayrıca Fiyata KDV eklenecektir.
4. Bilgi eksikliğinden kaynaklanan ve telefon aracılığı ile çözüm bulunabilecek olan arızalarda İstekliden yerinde hizmet beklenmeyecektir.
5. Bakım ve onarım gereği yedek parça takılmış olan cihazlara ait arızalı parçalar Müdürlüğümüzün teknik işlerle Sorumlu görevlileri / yetkililerine iade edilecektir.

**Atilla DİNLER**  
Teknik Destek Birim Sorumlusu  
Sicil: K72577

**Sercan KÖÇERİ**  
Ağrı 112 İl Ambulans Servisi  
Teknik Destek Birimi

**Ozan AKDEMİR**  
Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliği  
Depo Birim Sorumlusu

**Dr. Ferhat DINDAROĞLU**  
Ağrı 112 KKM  
Dip.Tes.No: 245211  
Başhekim v.

Ürün Takip. Sistene kayıtlı olduğu ve teklif edilen cihazın TITUBB/ÜTS Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğu ibraz edilecektir.

21. İstekli tarafından, sözleşme kapsamındaki cihazların bakım, kullanım ve basit onarımı ile ilgili gerekli doküman ve uygulamalı eğitim desteği, Arka Kabin Teknik Destek Birimi teknisyenlerine ücretsiz olarak verilecektir.

22. İsteklinin sahip olması gereken yetki belgeleri;

1- Sözleşme için gerekli olan yetki belgesi (üretici veya üreticinin yetkilendiğini firmaya ait belge )

2- Mevcut ambulans içinde olan Defibrilatörlerin bakım onarım Yetki Belgesi

4- Mevcut ambulans içinde olan Ventilatorlerin bakım onarım Yetki belgesi

5- Mevcut ambulansların içinde olan vakum aspiratörlerin bakım onarım Yetki Belgesi 6- Mevcut yoğun bakım ambulans acin içinde bulunan elektronik-hidrolik sedyenin bakım onarım Yetki Belgesi

7- Mevcut ambulanslarda kullanılan süspansiyon sistemine ait VB-Airsuspension bakım onarım yetki Belgesi

8- Mevcut ambulansların içinde Oksijen Sistemleri bakım onarım Yetki Belgesi

9- Mevcut ambulansların içinde olan İntertör, redresör bakım onarım Yetki Belgesi

10-Mevcut ambulansların içinde bulunan vakum sedye ve vakum ateller için bakım onarım Yetki Belgesi

MADDE 6-) İSTEKLİNİN'NİN BAKIM VE ONARIMINI YAPACAĞI KALEMLER ŞUNLARDIR;

AMBULANS SEDYE SİSTEMİ	
ACİL KURTARMA SEDYELERİ	
ACİL MÜDAHALE MALZEMELERİ	
AMBULANS MEDİKAL ÇANTALARI	
AMBULANS OKSİJEN SİSTEMİ VE AKSESUARLARI	
DEFİBRİLATÖR CİHAZLARI VE EKİPMANLARI	
ASPIRATÖR CİHAZLARI VE EKİPMANLARI	
VENTİLATÖR CİHAZLARI VE EKİPMANLARI	
İNFÜZYON POMPASI VE EKİPMANLARI	
ŞİRINGA POMPASI(ENJEKTOMAT) VE EKİPMANLARI	
AMBULANS ELEKTRİK SİSTEMİ	

**Atıla DİNLER**  
Teknik Destek Birim Sorumlusu  
Sicil: 172579

**Sercan KÖÇERİ**  
Ağrı 112 İl Ambulans Servisi  
Teknik Destek Birimi

Ağrı Ambulans Servisi Başhekimliği  
**Ozan AKDEMİR**  
Diplo Birim Sorumlusu

**Dr. Ferhat DINDAR**  
Ağrı 112 KKM  
Dip.Tes.No: 245211  
Başhekim

TEPE LAMBASI VE AKSESUARLARI
AMBULANS SİREN UYARI SİSTEMİ VE AKSESUARLARI
AMBULANS UYARICI ŞERİT YAZI VE LOGOLARI
AMBULANS ARKA KABİN İÇ KAPLAMALARI VE AKSESUARLARI
AMBULANS ARKA KABİN DOLAP VE KOLTUKLARI
AMBULANSTA KULLANILAN TÜM TIBBİ MALZEMELER
AMBULANS SÜSPANSİYON SİSTEMİ
AMBULANS TIBBİ CİHAZLARIN TEST VE KALİBRASYON İŞLEMLERİ

#### MADDE 7-) DİĞER HUŞUSLAR

Mevcut ambulans filomuzda birden fazla üretici tarafından temin edilmiş ambulanslar bulunmaktadır. Bu ambulansların çeşitliliği sebebiyle üreticisi tarafından yedek parçası temin edilemeyen ve tamiri yapılamayan ambulansların çözümü için idarenin belirleyeceği bir komisyon ile sorunun nasıl giderileceği firmaya bildirilecektir. Firmanın arıza ve bakımlarda söz konusu problem ile karşılaşması halinde idarenin onayı olmadan duruma müdahale etmeyecek ve çözüm odaklı kurum menfaatleri gözetilerek çözüme ortak olacaktır.

#### MADDE 7-) EMNİYET VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ

İstekli hic.bir iddia ve ikaza gerek kalmaksızın lüzumlu tüm emniyet tedbirlerini zamanında almak ve kazalardan koruma usul ve çarelerini çalışanlarına öğretmekle mükelleftir. Bu itibarla taahhüdün ifasında gerek ihmal ve dikkatsizlik, tedbirsizlikten ve gerekse ehliyetsiz personel kullanmaktan veya herhangi bir sebeple vuku bulacak kazalardan İstekli Firma sorumludur. İstekli Firma , iş kanunu ve işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü hükümlerine göre, işçilerin sağlığını korumak üzere her türlü sağlık tedbirlerini sağlayacak ve işçilerin tehlikeli şartlar altında çalışmasına meydan verilmeyecektir. Sosyal sigortalar mevzuatı her türlü işçi ve işveren hakkındaki haklardan dolayı işçi alınması ve işçi haklarının ödemesi, işçi çıkarılması gibi tüm sorumluluklar İstekli Firmaya ait olup, idare bu konuda hiçbir sorumluluk taşımayacaktır.

#### MADDE 8-) GECİKME HAİNDE KESİLECEK CEZALAR

Bu teknik şartname kapsamındaki iş ve işlemlerin zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için İstekliye yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden binde 3 oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz. Gecikme cezası İstekliye ayrıca protesto.

**Atila DİNLER**  
Teknik Destek Birim Sorun  
Sicil: 172579

**Sercan KOÇEĞİ**  
Ağrı 112 İl Ambulans Servisi  
Teknik Destek Birimi

Ağrı İl Ambulans Servisi Başhükümlüğü  
**Ozan AKDEMİR**  
Depo Birim Sorumlusu

**Dr. Ferhat DİNDAROĞLI**  
Ağrı 112 KKM  
Dip.Tes.No: 245211

Başhekim v. c.

5. Bakım ve onarım gereği yedek parça takımı olan cihazlara ait arızalı parçalar müdürlüğümüzün teknik işlerle sorumlu görevlileri/yetkililerine iade edilecektir.
6. Müdürlüğümüz iş bu sözleşmede belirtilen cihazlara ait (orijinal) yedek parça ve sarf malzemeleri istekliden temin edecektir.
7. Listede belirtilen yedek parça ve sarf malzemelerin haricinde acil sağlık aracının hasta kabininde ihtiyaç duyulan yedek parça ve sarf malzeme temini gerekliliğinin söz konusu olduğu durumlarda istekli fiyat teklifini Müdürlüğümüzün onayına sunacaktır. Fiyat teklifi onaylanırsa malzemenin ve/veya orijinal ürünün temini (istekli tarafından) sağlanacaktır.
8. Ekonomik ömrü tamamlanmış ya da tamir masrafı çok yüksek olan cihazlara ait yedek parça için Teknik Servis Raporu ve bahse konu raporun idarenin teknik işlerle sorumlu görevlileri/ Ekonomik yetkilileri tarafından onaylanması doğrultusunda bedeli karşılığında değişim sağlanacaktır. Bununla birlikte Müdürlüğümüzün teknik işlerle sorumlu görevlileri/yetkilileri ve istekli taraflarınca ortak kanaat oluşturarak tamir edilmesi mümkün ve daha ekonomik olduğu tespit edilen parça/malzemelerin tamirati sağlanacak; bu tip onarım ve düzeltmeler için (idareye) montaj/işçilik ücreti fatura edilmeyecektir.
9. Yurt dışından ithal edilen cihaz/tıbbi malzemeler içinde Türk Lirası olarak fatura edilecektir.
10. Bakım onarımın yerinde yapılması esastır. Ancak mümkün olmadığı durumlarda (idarenin teknik işlerle sorumlu görevlileri/yetkilileri ve istekli taraflarınca ortak kanaat oluşturularak)aracın veya cihazların tamir-bakım ve onarımı istekliye ait atölye imkânlarının bulunduğu lokalizasyonda yapılacaktır. Bu durumlarda ambulansların sevkiyatı gerekiyorsa yol masrafı Müdürlüğümüze; sadece araca ait cihaz/yedek parça ve malzemelerin sevkiyatı gerekiyorsa masrafları istekliye ait olacaktır
11. İstekli, ambulansların hasta kabini kısmında bulunan Dolap Sistemi ve aksesuarlarının kullanılabilir durumda olmasını sağlayacaktır. Gerekli durumlarda (idarenin teknik işlerle sorumlu görevlileri/yetkilileri ve istekli tarafınca ortak kanaat neticesi tanzim edilecek tutanak gereği) işlev ve görünüm açısından olumsuzluk tespit edilen malzemenin değişimini sağlayacaktır; bu tip onarım ve düzeltmeler için (idareye) montaj/işçilik ücreti fatura edilmeyecektir.
12. İstekli, ambulanslara cihaz temininin gerektiği durumlarda, aracın içerisinde hali hazırda kullanılan marka ve aynı modeli bulunamıyorsa (sisteme ait tüm parça ve aksesuarlar ile uyumlu çalışan) bir üst model cihaz verecektir.

**Atilla DİNLER**  
Teknik Destek Birim Sorumlusu  
(Sicil: K72579)

**Sercan KOÇERİ**  
Ağrı 112 İl Ambulans Servisi  
Teknik Destek Birimi

**Ozan AKDEMİR**  
Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliği  
Destek Birim Sorumlusu

**Dr. Ferhat DINDAROĞLU**  
Ağrı 112 KKM  
Dip.Tes.No: 245211  
Başhekim

13. İstekli, ambulanslara cihaz, malzeme ve aparatlarını temin durumlarında (temin edilen cihaz, malzeme ve aparatların) montaj ve özelliklerinin TS EN 1789 standardına uygunluğu sağlanacaktır.
14. İstekli tarafından bakım-onarım, test için görevlendirilen personelin isimleri önceden bildirilecek olup; personelin kimlik kartları mutlaka yanlarında bulunacak İdare personelinin talep ettiği her durumda gösterilecektir
15. İstekli, tamir ve bakım yaptığı veya yaptırdığı cihazların, tamir ve bakım onarım sürecinde istekli veya alt istekliden kaynaklı kaza ve yanlış müdahale sonucu oluşan ek arızalardan, garanti kapsamındaki cihaza firma bilirkişi dışında yapılan onarım girişimleri hariç en az 2 (iki) ay süre ile işçilik, değişimi yapılan parçalar için 1 yıl parça değişim garantisi verecek; garanti kapsamındaki cihazlarla ilgili işçilik ücreti talep edilmeyecektir.
16. İstekli firma periyodik (küçük çaplı) bakım-onarım işlemleri Müdürlüğümüze bağlı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Başhekimliğinde görev yapan teknik elemanlar gözetiminde tamamlayacaktır.
17. Firma tarafından bakım ve onarım maksatlı devralınan ambulans ile ilgili İdare ve İstekli birliktliğinde hazırlanacak devir teslim tutanağı, firma yetkilisi tarafından imza olarak teslim alınacak; söz konusu devri teslim tutanağı bakım ve onarım işlemi sağlandıktan sonra İdareye iade edilecektir. Devir teslim tutanakları İstekli tarafından bastırılmış olan matbu evraktır. Bahse konu matbu evrak (yeter sayıda) en geç işbu sözleşmenin imza tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde İdareye teslim edilecektir. Firma bilirkişisi ve teknik ekip tüm devir teslim işlemlerinde bu evrakları yanında bulundurmamak mecburiyetindedir. Yapılan her bakım/onarım ve sarf malzeme temininden sonra yapılan iş ve detayları; parça değiştirilmesi gerekiyorsa, değişen parçanın cinsi ve miktarı dahil (ayrıca temin edilen sarf malzeme) düzenlenecek olan Teknik Servis Formunda belirtilecek olup evrakın bir nüshasının Müdürlüğümüze teslimi sağlanacaktır.
18. Arızalı tıbbi araçlara ait malzemeleri 112 Acil istasyonundaki teknik personellerin raporuna, tutanaklarına istinaden ve idarenin uygun görmesi halinde istekli tarafından arızalı malzemelerin değişimi yapılacaktır. Yurt dışından gelen parçalar dahil olmak üzere değişen her parça Türk Lirası üzerinden fatura edilecektir.
19. Mevcut ambulanslarımızın TSE EN 1789 A+2 Standartları gereği olması gereken EK-C belgesi ile ilgili EK-C Belgesi olmayan araçların belgesinin alınması tamamlanması, günü geçen belgelerin yenilenmesi ve bu işlemler sırasında parça değiştirilmesi veya arızalı parçaların tamiri bakım-onarım işlemi istekli firmaya ekstra bir işçilik ücreti ödenmeyecektir.(değişmesi gereken yedek parçalar ve muayene ücretleri hariç )
20. İstekli firma sözleşme ekinde bulunan listede Ürün Takip Sisteminde(ÜTS) olan malzemeler için, Tıbbi Cihaz İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) veya

**Atila DİNLER**  
Teknik Destek Birim Sorumlusu  
Sicil: K72579

**Sercan KÖÇERİ**  
Ağrı 112 İl Ambulans Servisi  
Teknik Destek Birimi

**Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliği**  
**Ozan AKDEMİR**  
Devir Birim Sorumlusu

**Dr. Ferhat DİNDAROĞLU**  
Ağrı 112 KKM  
Dip.Tes.No: 245211

Başhekim v.ı

çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde İstekliden ayrıca tahsil edilir. Bu gecikme ihtarın İstekliye tebliğinden itibaren 20 günü geçtiği takdirde İdare Sözleşmeyi fesh edecektir.



**Atilla DİNLER**  
Teknik Destek Birim Sorumlusu  
Sticl: K72579

  
**Sercan KÖÇERİ**  
Ağrı 112 İl Ambulans Servisi  
Teknik Destek Birim Sorumlusu

  
**Ozan A. DİNDAROĞLU**  
Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliği  
Depo Birim Sorumlusu

  
**Dr. Ferhat DİNDAROĞLU**  
Ağrı 112 KKM  
Dip.Tes.No: 245211

*Borçlu*



# AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ AMBULANS LİSTESİ

SIRA NO	İLADI	MARKA	MODEL ADI	MODEL YILI	CİNSİ	PLAKA	ŞASENO
1	AĞRI	FORD	TRANSİT	2020	AMBULANS	04AAH773	NMOEXTTRELY72516
2	AĞRI	FORD	TRANSİT	2020	AMBULANS	04AAH775	NMOEXTTRELY80616
3	AĞRI	FORD	TRANSİT	2019	AMBULANS	04AAF321	NMOEXTTREKM18307
4	AĞRI	FORD	TRANSİT	2019	AMBULANS	04AAF322	NMOEXTTREKM09516
5	AĞRI	FORD	TRANSİT	2014	AMBULANS	04AB140	NMOXXXTTGXEB71032
6	AĞRI	FORD	TRANSİT	2014	AMBULANS	04AB141	NMOXXXTTGXEB75368
7	AĞRI	FORD	TRANSİT	2014	AMBULANS	04AB146	NMOXXXTTGXEB78397
8	AĞRI	FORD	TRANSİT	2014	AMBULANS	04AB143	NMOXXXTTGEB82081
9	AĞRI	FORD	TRANSİT	2014	AMBULANS	04AB145	NMOXXXTTGXEB75397
10	AĞRI	FORD	TRANSİT	2014	AMBULANS	04AB139	NMOXXXTTGXEB71031
11	AĞRI	MITSUBISHI	PAJERO	2011	AMBULANS	04AP528	JMBLYV98WBJ000790
12	AĞRI	MITSUBISHI	PAJERO	2012	AMBULANS	04DD112	JMBLYV98WCJ401059
13	AĞRI	FORD	TRANSİT	2019	AMBULANS	04AAD416	NMOXXXTTGXJG86974
14	AĞRI	FORD	TRANSİT	2019	AMBULANS	04AAD419	NMOXXXTTGXJG02883
15	AĞRI	FORD	TRANSİT	2019	AMBULANS	04AAD426	NMOXXXTTGXJG09107
16	AĞRI	FORD	TRANSİT	2019	AMBULANS	04AAD424	NMOXXXTTGXJG00663
17	AĞRI	FORD	TRANSİT	2019	AMBULANS	04AAD423	NMOXXXTTGXJG89583
18	AĞRI	FORD	TRANSİT	2019	AMBULANS	04AAD422	NMOXXXTTGXJG86967
19	AĞRI	FORD	TRANSİT	2019	AMBULANS	04AAD421	NMOXXXTTGXJG05462
20	AĞRI	FORD	TRANSİT	2019	AMBULANS	04AAD427	NMOXXXTTGXJG02877
21	AĞRI	FORD	TRANSİT	2020	AMBULANS	04AAJ188	NMOEXTTRELY57538
22	AĞRI	FORD	TRANSİT	2020	AMBULANS	04AAJ192	NMOEXTTRELL51413
23	AĞRI	FORD	TRANSİT	2020	AMBULANS	04AAJ193	NMOEXTTRELY57533
24	AĞRI	FORD	TRANSİT	2020	AMBULANS	04AAJ195	NMOXTTRELY72651
25	AĞRI	FORD	TRANSİT	2020	AMBULANS	04AAJ196	NMOEXTTRELL37785
26	AĞRI	FORD	TRANSİT	2020	AMBULANS	04AAJ198	NMOEXTTRELY53885
27	AĞRI	FORD	TRANSİT	2020	AMBULANS	04AAJ199	NMOEXTTRELY65039
28	AĞRI	FORD	TRANSİT	2020	AMBULANS	04AAJ200	NMOEXTTRELY65016
29	AĞRI	MITSUBISHI	PAJERO	2011	AMBULANS	04DC570	JMBLYV98WBJ000780
30	AĞRI	FORD	TRANSİT	2016	AMBULANS	04AJ336	NMOXXXTTGXGT23943
31	AĞRI	FORD	TRANSİT	2016	AMBULANS	04AJ338	NMOXXXTTGXGT34787
32	AĞRI	FORD	TRANSİT	2016	AMBULANS	04AB719	MNOXXXTTGXFU81457
33	AĞRI	FORD	TRANSİT	2019	AMBULANS	04AAD771	NMOXXXTTGXJP85079
34	AĞRI	MITSUBISHI	PAJERO	2013	AMBULANS	04DE302	JMBLYV98WBJ400901
35	AĞRI	FORD	TRANSİT	2016	AMBULANS	04AB718	NMOXXXTTGXFU88759
36	AĞRI	FORD	TRANSİT	2016	AMBULANS	04AG155	NMOXXXTTGXFM25785
37	AĞRI	FORD	TRANSİT	2016	AMBULANS	04AG154	NMOXXXTTGXFG86622
38	AĞRI	MITSUBISHI	PAJERO	2010	AMBULANS	04DA442	JMBLYV98WVAJ900193
39	AĞRI	MITSUBISHI	PAJERO	2011	AMBULANS	04DE810	JMBLYV98WBJ000800
40	AĞRI	FORD	TRANSİT	2016	AMBULANS	04AB720	NMOXXXTTGXFU80468
41	AĞRI	FORD	TRANSİT	2016	AMBULANS	04AG774	NMOXXXTTGXGE38683
42	AĞRI	FORD	TRANSİT	2022	AMBULANS	04AAR271	NMOEXTTRENRS3835
43	AĞRI	TRACK	TRACK	2007	TRACK	TRACK	WKU4821MA7L011119
44	AĞRI	TRACK	TRACK	2006	TRACK	TRACK	WKU4821MA6L010981

**Atilla DİNLER**

Teknik Destek Birimi Sorumlusu  
0412 2574

**Sercan KÖÇERİ**  
Ağrı 112 İl Ambulans Servisi  
Teknik Destek Birimi

Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliği  
**Ozan AKDEMİR**  
Depo Birim Sorumlusu

**Dr. Ferhat DINDAROĞLU**  
Ağrı 112/KKM  
Dip.Tes.No: 245211

Başhekim V