

LEA SEMBOL TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) LEA sembolleri uzak görme keskinliği testi için üretilmiş olmalıdır.
- 2) Her sıranın yanında görme keskinliği düzeyi ondalık / metrik / logaritmik sisteme göre ifade edilmelidir.
- 3) LEA Sembol Testi, en az 38cmx38cm ölçülerinde. 0.15 kalınlığındaki stiren plastik malzeme üzerine basılı olmalıdır.
- 4) LEA Sembol Testinin uzun süreli kullanımı için baskı yapılan şekillerin üzeri UV kaplı olmalıdır.
- 5) Ekteki resim gibi olmalı
- 6) Tasarımlar kurum tarafından örnek ürün üzerinden onaylandıktan sonra ürün baskısı ve imalatı yapılacak olup yapılacak hatalarda sorumluluk kabul edilmemektedir.
- 7) LEA sembol testi 200 adet olacak.

Bu şartname 25.10.2023 tarihinde tek nüsha olarak hazırlanmıştır.

Maksude TOPÇU

Ebe

Ceren SARAÇAYDIN

Hemşire

Uzm. Dr. Umur TAŞCIOĞLU

Doktor

LEA SYMBOLS

Developed by Lea Hyvonen, M.D.
FOR TESTING AT 10 FEET (3 METERS)

ACTUAL SIZE LETTER SIZE
10 FOOT 3 METER

EQUIVALENT DEPT. 132
201901 6 METER MAJ. MAJ.



70 3 10M
100 30

20 5 10-10
100 60



10 3 15M
83 19

20 5 10-10
125 30

10 3 12M
40 12



20 5 10-10
80 15

10 3 9.5M
32 8.5



20 5 10-10
65 15

10 3 7.5M
25 7.5



20 5 10-10
50 15

10 3 6M
20 6



20 5 10-10
40 12

10 3 4.8M
18 4.8



20 5 10-10
37 9.5

10 3 3.8M
12.5 3.8



20 5 10-10
35 7.5

10 3 3M
10 3



20 5 10-10
30 6

10 3 2.4M
9 2.4



20 5 10-10
18 4.5