

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

21.11.2023

Sayı: 225

Konu: Aeratör Mal Malzeme Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 27.11.2023 saat: 11:00 'a kadar agriagizdis@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Terhan TARLIĞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	AERATÖR			20	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

AERATÖR (20 ADET)


- Ulusal (TSE) veya uluslararası standartlara uygun olmalı,
- Aerator başlığı seramik rulmanlı sistem olmalı, 2.2-2.5 atmosfer basınçla çalışmalıdır.
- Aerator başlığı çıkış gücü en az 16 w olmalıdır.

SET- AERATÖR (2 adet)

- Ulusal (TSE) veya uluslararası standartlara uygun olmalı,
- Aerator başlığı seramik rulmanlı sistem olmalı, 2.2-2.5 atmosfer basınçla çalışmalıdır.
- Aerator başlığı çıkış gücü en az 16 w olmalıdır.
- Dakikadaki dönme hızı 350.000 - 450.000 rparasında olmalıdır.
- Türbin borden (Basınçlı hava ve su girişi iki delikli standart borden tipte olmalıdır.) tip olmalı ve çalışma basıncına dayanıklı olmalıdır.
- Aerator başlığı kapalı kartuş sistemine sahip olmalıdır.
- Başlığa frez takılabilmesi için anahtara ihtiyaç olmamalı; push-buton sistem olmalıdır.
- Cihazda 4 delikli soğutma sistemi olmalıdır.
- Aerator başlığı kafasında ağız içi tükürük, sıvı ve diğer yabancı maddelerin türbin kafasına girmesini önleyen böylece uzun türbin ömrü sağlayan ve kontaminasyonu önleyen temiz kafa sistemine (cleanheadsistem) sahip olmalıdır. Ve bu işlem kafa üzerindeki 4 ayrı noktadan yapılmalıdır.
- Aerator başlığı, frez tutucuya entegre rulman sistemi (ISB teknolojisi) özelliği ile vibrasyonlu ve düzensiz kullanımlarda çalışma verimini artırıp kartuş ömrünü de uzatmalıdır.
- Ses seviyesi 75 dB'den fazla olmamalıdır.
- Dış yapısı ve imalinde kullanılan malzeme çarpma ve düşmeye karşı dirençli ayrıca kimyasal dezenfektanlara karşı dayanıklı olmalıdır.
- Aerator başlığı gövdesi kolay temizlenebilir pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır.
- Aerator başlığı termal dezenfektörde yıkanabilmelidir. Bu özellik kullanım kılavuzunda belirtilmelidir.
- Cihazın bakımı sprey yağlarla yapılabilmeli.
- Aerator başlığı korozyon direncine sahip olması için tüm dış kısmının malzemesi paslanmaz çelik olmalıdır.
- Cihazla birlikte bir adet sprey aeratör yağı verilecektir.
- Dakikadaki dönme hızı 350.000 - 450.000 rparasında olmalıdır.
- Türbin borden (Basınçlı hava ve su girişi iki delikli standart borden tipte olmalıdır.) tip olmalı ve çalışma basıncına dayanıklı olmalıdır.
- Aerator başlığı kapalı kartuş sistemine sahip olmalıdır.
- Başlığa frez takılabilmesi için anahtara ihtiyaç olmamalı; push-buton sistem olmalıdır.
- Cihazda 4 delikli soğutma sistemi olmalıdır.
- Aerator başlığı kafasında ağız içi tükürük, sıvı ve diğer yabancı maddelerin türbin kafasına girmesini önleyen böylece uzun türbin ömrü sağlayan ve kontaminasyonu önleyen temiz kafa sistemine (cleanheadsistem) sahip olmalıdır. Ve bu işlem kafa üzerindeki 4 ayrı noktadan yapılmalıdır.
- Aerator başlığı, frez tutucuya entegre rulman sistemi (ISB teknolojisi) özelliği ile vibrasyonlu ve düzensiz kullanımlarda çalışma verimini artırıp kartuş ömrünü de uzatmalıdır.
- Ses seviyesi 75 dB'den fazla olmamalıdır.
- Dış yapısı ve imalinde kullanılan malzeme çarpma ve düşmeye karşı dirençli ayrıca kimyasal dezenfektanlara karşı dayanıklı olmalıdır.
- Aerator başlığı gövdesi kolay temizlenebilir pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır.
- Aerator başlığı termal dezenfektörde yıkanabilmelidir. Bu özellik kullanım kılavuzunda belirtilmelidir.
- Cihazın bakımı sprey yağlarla yapılabilmeli.
- Aerator başlığı korozyon direncine sahip olması için tüm dış kısmının malzemesi paslanmaz çelik olmalıdır.
- Cihazla birlikte bir adet sprey aeratör yağı verilecektir.

- Aeratörler teknik ekip tarafından kontrol edilip sonra teslim alınacaktır. Aeratörler istenilen şartlara uygun olmadığı taktirde alım iptal edilecektir..
- Aeratörler 2 yıl garantili olmalıdır.

Biyomedikal
Teknisyeni
Sadık Kozmeci



Biyomedikal
Teknisyeni
Atilla Söğüt

