

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

06.12.2023

Sayı: 229

Konu: 3 KALEM BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEME ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 11.12.2023 saat: 11:00 'a kadar agriagizdis@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Terhan TARILIG
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ENDOMOTOR İÇİN ANGULDURVA			3	Adet		
2	ENDOMOTOR İÇİN MİKROMOTOR			3	Adet		
3	ENDOMOTOR ARA KABLOSU			3	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Kısmi teklife kapalıdır. Tüm kalemlere fiyat teklifi verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.

ENDOMOTOR İÇİN ANGULDRUVA MİKROMOTOR ARA KABLOSU ve MİKROMOTOR.

1. Redüksiyonu 6:1 oranıdadır.
2. Maksimum motor hızı 40 000 rpm'dir.
3. Maksimum çalışma hızı 6 700 rpm'dir.
4. CA klepleme sistemine sahiptir.
5. INTRAmatic® bağlantı sistemine sahiptir.
6. ISO 1797-1 gövde standardına sahiptir.
7. 2.334 - 2.350 mm. Gövde çapına sahiptir.
8. 25 mm maksimum total uzunluğa sahiptir.
9. ISO 3964 standardına sahiptir.
10. VDW GOLD RECIPROC cihazına uyumlu olmalıdır.
11. Kurumumuzda kullanılan cihazımızla aynı marka olmalıdır.
12. Bir ucu cihaza girecek şekilde soketli diğer ucunda mikromotorun takılabilmesi için uyumlu soketten oluşmalıdır.
13. Kablonun rengi beyaz olmalıdır ve uzunluğu en az 175 cm olmalıdır.
14. Kablonun ucunda aynı marka mikromotor olmalıdır.
15. Ürün orijinal olmalıdır.

Biyomedikal
Teknisyeni
Sadık Kazancı



Biyomedikal
Teknisyeni
Atilla Sağır

