

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

23.02.2024

Sayı: 08

Konu: AERATÖR ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 29.02.2024 saat: 10:00 'a kadar [agriagizdis@gmail.com](mailto:agriagizdis@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Terhan TARLIĞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	AERATÖR (BUTONLU) İŞİKSİZ (ADAPTÖRSÜZ) STANDART BOY			28	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza


Ek : Teknik Şartname


Satın alınan Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

**ÜNİTE MONTE PUSH BUTON  
STANDART KAFA AERATÖR BAŞLIĞI**

1. İnsan sağlığına uygunluğu, hassas ve ideal dengeye sahip olması ve mükemmel korozyon direncine sahip olması için başlık komple paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Aeratör başlığının minimum hızı en az 350.000d/dk, maksimum hızı en az 450.000 d/dk. olmalıdır.
3. Aeratör başlığı, 2,5 bar atmosfer basıncında randımanlı çalışmalıdır.
4. Aeratör başlığı, seramik rulmanlı olmalı ve sessiz çalışmalıdır.
5. Aeratör başlığı standart kafa ve ünite direk monte tipinde olmalıdır.(Adaptöre gerek duyulmamalıdır.)
6. Aeratör başlığının maksimum hava tüketimi 55nl/dk olmalıdır.
7. Aeratör başlığı, ultra push button frez değiştirme sisteminde olmalı ve freze yük uygulandıkça frez kilit mekanizmasının frez tutma kuvveti artmalıdır.
8. Aeratör başlığı, basınç düşürücü sistem (basınç regülatör valfi) ile çalışma basıncını otomatik olarak ayarlayarak türbinin ömrünü uzatmalıdır.
9. Chip hava basıncı en fazla 2.5 bar olmalıdır.
10. Aeratör başlığının ağız içi harekette kolaylık sağlaması için kafa çapı en fazla 11.2mm, kafa yüksekliği en fazla 13.4mm ve boyun kısmı en fazla 9 mm olmalıdır.
11. Aeratör başlığının kesim gücü en az 20 W olmalıdır.
12. Aeratör başlığının gövde yapısı kolay hijyen edilebilmesi için düz, hafif ve ergonomik yapıda olmalıdır.
13. Aeratör başlığı, ağız içi tükrük, sıvı ve diğer yabancı maddelerin türbin kafasına girmesini önleyen, böylece uzun türbin ömrü sağlayan ve kontaminasyonu önleyen temiz kafa sistemine sahip olmalıdır. Bu işlemi frezin takıldığı yerden yapmalıdır. Bu özellik orijinal kullanım kılavuzunda ya da orijinal sitesinde gösterilmelidir.
14. Aeratör başlığı, tek noktadan optimum soğutma sağlamalıdır.
15. Aeratör başlığı, 135 dereceye kadar otoklavda steril edilebilir olmalıdır ve bu özellik başlık üzerinde silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
16. Termal dezenfektörde yıkanabilmelidir. Bu özellik başlık üzerinde belirtilmelidir.

Atilla Söğüt  
Teknisyen  


Murat Kılıç  
Teknisyen  
  
1/1

Sadık Karıncı  
Teknisyen  
