

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Tutak Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sayı: 24DT549971
Konu: EKG Kağıdı Alımı İşi

25.04.2024

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı mal/malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile satın alınacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30/04/2024 Tarih ve saat: 10:00 'e kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Bilgilerinize önemle duyurulur.

Murat DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mal/Hizmet Adı	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EKG KAĞIDI Z KATLI 210 MM X 140 MM		200	Paket		
Genel Toplam (KDV Hariç)						

Yazıyla//.....TL//

Teklif Eden
.../.../2024
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza


Ek : Teknik Şartname
Satın alınan Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödeme yapılacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

EKG KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Talep edilen EKG kağıdı **Nihon Kohden Cardiofax** marka EKG cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2) EKG kağıdı dikdörtgen şekilde defter tipinde olmalıdır.
- 3) Kağıdın uzunluğu 210 mm genişliği ise 140 mm olmalıdır.
- 4) Gönderilen numuneler muayene komisyonu tarafından incelenecek belirtilen cihaz üzerinde denedikten sonra istenilen düzeyde olmayan ürün iade edilecektir.

Tutak
İlçe Devlet Hastanesi
Berat KAYA
Tıbbi Sekreter



Hakan TÜKMEN
Tıbbi Sekreter



Berna SARIKAYA

Ebe



Özlem KILIÇ
Hemşire

